

内視鏡システム（保守込みレンタル契約） 一式

仕 様 書

令和6年3月

済生会日向病院

1. 調達背景及び目的

内視鏡検査及び治療は低侵襲であり、患者のQOL向上に寄与するやさしい医療として注目されており、近年、新手法も次々と考えられ拡大している。

最新の内視鏡手術システムでは、高解像度の画像や特殊光を用いた機器により微細な血管や粘膜をリアルに再現でき、精度の高い手術が実施可能となっている。また、操作性にも優れており、安全で効率的な検査・治療が可能である。

本案件では、精度の高い診断、安全・的確な治療、新しい手術・治療手技の導入を可能にし、本院の医療の質と患者サービスの向上を図る事を目的とする。

2. 調達内容

(1) 調達物品

内視鏡システム（保守込みレンタル契約） 一式 （保守5年・搬入・据付・調整等を含む。）

(2) 調達方法

借入

(3) 設置場所

済生会日向病院 内視鏡室

(4) 賃貸借期間

令和6年6月1日から令和11年5月31日まで

3. 技術的要件の概要

(1) 本調達物品に係る性能・機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙①に示すとおりである。

(2) 技術的要件は、全て必須の要求要件である。

(3) 必須の要求要件は、本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

4. 入札条件

(1) 1症例当りの単価をもって入札価格とする。従って本仕様書等から算出される金額を症例件数で除した金額をもって入札すること。

(2) 賃貸借期間中に実施されるであろう症例数は、5年間で19,740件とする。

(3) 契約開始から3年後において、実際に実施した症例数が予め上記(2)の症例数の3年間分の見込み症例数と比較して、5%以上の増減を生じた場合は、契約期間、症例単価の見直しを行うものであること。

(4) 契約料金総額には調達物件の他に、メンテナンスサービス費を包含すること。

メンテナンスサービスは診療・手術に支障を及ぼさないよう実施するものとし、主要機器の故

障修復・点検整備・指導・代替品の供給を含むこと。なお、故障修復・点検整備・指導・代替品供給の対象となる機器の一覧表を作成し提出すること。

(5) 入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療用具に関しては、入札時点で薬事法に定められている製造の承認を得ているものであること。

(6) 入札に当り、下記書類を提出すること。

- ① メンテナンス指定者名（様式は任意）
- ② メンテナンスサポート体制表
- ③ 薬事法に定められている製造の承認を得ていることを証明する書類
- ④ 応札する対象機器の一覧表（様式は任意）